

Комплекс речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед»

Коробка распределительная «Тромбон СОРС-Мед-КР»

Паспорт

ДВТР.469433.001ПС

1 Назначение

1.1 Коробка распределительная «КР» ДВТР.469433.001 – устройство, позволяющее включать двусторонние переговорные устройства комплекса «Тромбон СОРС-Мед» в общую сеть».

1.2 Коробка распределительная «Тромбон СОРС-Мед-КР» ДВТР.469433.001 (далее – «КР») выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ в корпусе, предназначенном для накладного настенного монтажа.

2 Технические характеристики:

2.1 диапазон температур эксплуатации ТС – от плюс 5 до плюс 40°С;

2.2 класс защиты – IP20;

2.3 габаритные размеры «КР» (высота, ширина, толщина) – не более 85x38x24 мм;

2.4 вес «КР» – не более 0,05 кг.

3 Комплект поставки:

3.1 коробка распределительная «Тромбон СОРС-Мед-КР» – 1 шт.;

3.2 комплект крепёжных частей – 1 шт.;

3.3 паспорт – 1 шт.;

3.4 упаковка – 1 шт.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительная «КР» техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанным в Паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации «КР» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать «КР» за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт «КР» потребителем не допускается.

Доставка «КР» к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии на «КР» прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта «КР» потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5 Сведения о приёмке

Коробка распределительная «Тромбон СОРС-Мед-КР»

серийный номер _____ дата изготовления _____

соответствует техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6 Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73